

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«ВЕС КОМПЛЕКС»**

аттестат аккредитации RA.RU.312892 от 23.04.2020

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 11/20-б/н**

Действительно до « 09 » марта 20 21 г.

Средство измерений Весы электронно-тензометрические для статического  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном

взвешивания типа BS, модель BS-15/30D1.3, рег. № 14823-05

информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер AKCB0415

в составе ----

номер знака предыдущей поверки ----

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «ГСИ. Весы для статического взвешивания.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методы и средства поверки».

с применением эталонов 3.6.БЭИ.0005.2019 эталон единицы массы 4 разряда

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или

в диапазоне значений (0,01 – 11111,10) г; 3.6.БЭИ.0006.2019 эталон единицы

погрешность эталонов применяемых при поверке

массы 4 разряда номинальным значением 10 кг

при следующих значениях влияющих факторов: температура – 22,1 °С,

перечень влияющих факторов, нормированных

относительная влажность – 31,7 %,

в документе на методику поверки с указанием их значений

**и на основании первичной (периодической) поверки признано**

ненужное зачеркнуть

**пригодным к применению**

Знак поверки:

Главный метролог

Должность руководителя подразделения

или другого уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки « 10 » марта 20 20 г.

Алфеев Алексей Георгиевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Антипин Василий Константинович

фамилия, имя и отчество (при наличии)